



----- Site do Inmetro ----- ▼



RBC

Rede Brasileira de Calibração

Listar Laboratórios

Consulta Laboratórios

Consulta Serviços



Voltar

Consulta

Acreditação N°	590
Data da Acreditação	29/03/2016
Data de Validade do Certificado	29/03/2020
Última Revisão do Escopo	29/03/2016
Razão Social	Fluxo Eletrônica Industrial Ltda
Nome do Laboratório	Laboratório de Calibração - LABCALI
Situação	Ativo
Endereço	Avenida Nereu Ramos, 3.190/E
Bairro	Líder
CEP	89805103
Cidade	Chapecó
UF	SC
Telefone	(49) 2049.6200
Fax	
Grupo de Serviço de Calibração	MASSA
Gerente Técnico	Alexandre Leandro Basei
Email	alexandre@fluxo.ind.br

Descrição do Serviço	Faixa	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
----------------------	-------	--

(Realizados nas instalações do cliente)

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE MASSA

Balança	0,001 g até 5 g	0,0001 g
	> 5 g até 50 g	0,0002 g
	> 50 g até 100 g	0,0003 g
	> 100 g até 200 g	0,0006 g
	> 200 g até 300 g	0,0008 g
	> 300 g até 500 g	0,002 g
	> 500 g até 2000 g	0,01 g
	> 2000 g até 5000 g	0,02 g

Observações:

1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.

